



Mon-Droguiste.Com
39 Bis Rue Du Moulin Rouge
10150 Charmont Sous Barbuise
Tél : +33.(0)3.25.41.04.05
E-mail : contact@mon-droguiste.com
Web : www.mon-droguiste.com

Producto: Agua desionizada

Número de lote: 0224

Fecha de caducidad: 26/02/2025

Fecha de envío: 29/02/2024

Albarán: WH/OUT/52978

Parámetro	Especificación	Resultado	Unidad
Aspecto	Líquido transparente, incoloro, e inodoro	Cumple	---
Conductividad (25°C)	<1,25	0,05 - 0,90	µS/cm
pH (25°C)	5,50 - 7,50	5,50 - 7,50	Unidades de pH

Resultados obtenidos con análisis realizados periódicamente en los laboratorios

Cloruro (Cl-)	≤1,00	≤1,00	ppm
Fluoruro (F-)	≤0,20	≤0,20	ppm
Sulfuro (S2-)	≤1,00	≤1,00	ppm
Nitrato (NO3-)	≤0,20	≤0,20	ppm
Sulfato (SO42-)	≤1,00	≤1,00	ppm
Amonio (NH4+)	≤0,20	≤0,20	ppm
Metales Pesados	≤0,10	≤0,10	ppm
Calcio y Magnesio	≤1,00	≤0,005	ppm
Sustancias disueltas	≤10,00	≤10,00	ppm
Sílice	≤0,005	≤0,005	ppm
Clorato (ClO3-)	<5,00	<5,00	ppb
Perclorato (ClO4-)	<10,00	<10,00	ppb
Dureza	0	0	°F
TOC	≤500	≤500	ppb
Bacterias aerobias viables	<100	<100	ufc/ml
Endotoxinas	<0,250	<0,250	UI/ml

Responsable de calidad